



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

---

Va informam ca incepand cu data de 23.11.2019/ora 12, analizorul PM10-modul nefelometric din statia automata de monitorizare a calitatii aerului PH3-Primaria Blejoi, a inregistrat disfunctionalitati, fapt ce a condus la inregistrarea unor valori eronate.

In urma celor constatate s-a intocmit Formularul de Solicitare Interventie Tehnica (FSIT nr. 19668/25.11.2019) si transmis catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, ANPM Bucuresti si firma de service in vederea remedierii defectiunii.

Mentionam ca indicatorul PM10 v-a fi masurat in continuare prin metoda de referinta gravimetrica.

